

集計表利用方法

1. 各設問の回答番号をマークする。
2. 列ごとにマークした個数を数え小計欄に記入する。
3. 各項目得点等記入欄に記載されている式に当てはめて計算する。
4. 全て記入したら、各項目の得点（下図○）を合計する（総合得点）。
5. 満点(a)から満点(g)まで（下図□）を合計する（今回の満点）。
6. 最後に「総合得点」を「今回の満点」で割り、100をかけて得点率を求める。

施設評価ツール得点集計表

再生処理							バリデーション							他部署とのコミュニケーション						
洗浄業務							バリデーション							他部署とのコミュニケーション						
No.	A	B	C	D	E	F	No.	A	B	C	D	E	F	No.	A	B	C	D	E	F
1		●		②																
2		①		●																
3		●		②																
4		①		●																
5		①		●																
6		●		②																
7		●		②																
8		●		②																
9		●		②																
10		●		②																
11		●		②																
12		●		②																
計		9																		
洗浄業務の得点(I)				満点(a)																
9				12点																
組立業務																				
No.	A	B	C	D	E	F														
13		●		②																
14		●		②																
15		●		②																
16		●		②																
17	●			②																
18		●		②																
19		●		②																
20		●		②																
21		●		②																
計	1	8																		
洗浄業務の得点(II)				b. 満点																
1 × 2 + 8 = 10				10点																
滅菌業務																				
No.	A	B	C	D	E	F														
22		●		②																
23		●		②																
24		●		②																
25		●		②																
26		●		②	③															
27		①	●	③	④															
28		●		②	③															
29		①		②	③															
30		●	②	③	④															
31		①	②	③	④															
32		●	②	③	④															
33		●		②																
34		●		②																
35		●		②																
36		●		②																
37		●		②																
38		●		②																
計		14	1			2														
滅菌業務の得点(III)				満点(c)																
14 + 1 = 15				= 17 - (減F) = 15																
標準作業手順書																				
No.	A	B	C	D	E	F														
69		●		②																
70		●		②																
71		●		②																
72	①			●																
73		●		②																
74		●		②																
75		●		②																
76	●			②																
77		①																		
78		①																		
79		●		②																
80		①																		
81		●		②																
82		●		②																
83		●		②																
84		●		②																
85	●			②																
86		●		②																
87		●		②																
88		●		②																
89		①																		
90		●		②																
91		●		②																
92	●			②																
93	●			②																
計	4	16																		
標準作業手順書の得点(V)				満点(e)																
4 × 2 + 16 = 24				30点																
減点																				
No.	A	B	C	D	E	F														
94		●		②																
95		●		②																
96		●		②																
97		●		②																
98		●		②																
99		●		②																
100	●			②																
101		●		②																
108		①		●																
109		●		②																
110		●		②																
111		●		②																
112		●		②																
113		●		②																
計	4	14																		
標準作業手順書の得点(VI)				満点(f)																
4 × 2 + 14 = 22				25点																
他部署とのコミュニケーション																				
No.	A	B	C	D	E	F														
114		①	●	③																
115		①	●	③																
116	●	②		③																
117		●	②	③																
118		①	●	③																
119		①	●	②	●															
120		①	●	③	●															
計	1	1	3			2														
減点業務の得点(VII)				満点(g)																
1 × 2 + 1 + 3 = 6				8 - 2 = 6点																
○の合計																				
総合得点	I~VIIの和			今回の満点	a~gの和		判定(得点率)													
99点	141			141点	99		$\frac{99}{141} \times 100 = 70.2\%$													
□の合計																				
判定表																				
S	90%以上																			
A	80%以上90%未満																			
B	70%以上80%未満																			
C	60%以上70%未満																			
D	60%未満																			

列ごとにマーク数を数え、個数を小計欄に記入

○の合計

総合得点	今回の満点	判定(得点率)
I~VIIの和	a~gの和	$\frac{\text{総合得点}}{\text{今回の満点}} \times 100$
99点	141点	$\frac{99}{141} \times 100 = 70.2\%$

□の合計

判定表	
S	90%以上
A	80%以上90%未満
B	70%以上80%未満
C	60%以上70%未満
D	60%未満

施設評価ツール得点集計表(Ver.1.1)

再生処理						
洗浄業務						
No.	A	B	C	D	E	F
1		①		②		
2		①		②		
3		①		②		
4		①		②		
5		①		②		
6		①		②		
7		①		②		
8		①		②		
9		①		②		
10		①		②		
11		①		②		
12		①		②		
計		(洗B) □				
洗浄業務の得点(I)			満点(a)			
=(洗B)			12点			
組立業務						
No.	A	B	C	D	E	F
13		①		②		
14		①		②		
15		①		②		
16		①		②		
17	①			②		
18		①		②		
19		①		②		
20		①		②		
21		①		②		
計	(組A) □	(組B) □				
洗浄業務の得点(II)			b. 満点			
=(組A)×2+(組B)			10点			
滅菌業務						
No.	A	B	C	D	E	F
22		①		②		
23		①		②		
24		①		②		
25		①		②		
26		①		②	③	
27		①	②	③	④	
28		①		②	③	
29		①		②	③	
30		①	②	③	④	
31		①	②	③	④	
32		①	②	③	④	
33		①		②		
34		①		②		
35		①		②		
36		①		②		
37		①		②		
38		①		②		
計		(滅B) □	(滅C) □		(滅E) □	
滅菌業務の得点(III)			満点(c)			
=(滅B)+(滅C)			=17-(滅E) 点			

特記事項

- ※ No. 赤いセルは必須項目
- ※ No. 青いセルは加点項目
- ※ No. 紫のセルはS・A評価を得るための必須項目

バリデーション						
No.	A	B	C	D	E	F
39		①		②		
40	①			②		
41		①		②		
42		①		②		
43		①		②		
44	①			②		
45	①			②		
46	①			②		
47	①			②		
48	①			②		
49		①		②		
50		①		②		
51		①		②		
52		①		②		
53		①		②		
54		①		②		
55	①			②		
56		①		②	③	
57	①			②		
58	①			②		
59		①		②	③	
60		①		②	③	
61		①		②	③	
62		①		②	③	
63		①		②	③	
64		①		②	③	
65	①			②		③
66	①			②		③
67	①			②		③
68	①			②		③
計	(バリA) □	(バリB) □		(バリE) □	(バリF) □	
バリデーションの得点(IV)			満点(d)			
=(バリA)×2+(バリB)			=43-(バリE)-(バリF)×2 点			
標準作業手順書						
No.	A	B	C	D	E	F
69		①		②		
70		①		②		
71		①		②		
72	①			②		
73		①		②		
74		①		②		
75		①		②		
76	①			②		
77		①		②		
78		①		②		
79		①		②		
80		①		②		
81		①		②		
82		①		②		
83		①		②		
84		①		②		
85	①			②		
86		①		②		
87		①		②		
88		①		②		
89		①		②		
90		①		②		
91		①		②		
92	①			②		
93	①			②		
計	(手順A) □	(手順B) □				
標準作業手順書の得点(V)			満点(e)			
=(手順A)×2+(手順B)			30点			

他部署とのコミュニケーション						
No.	A	B	C	D	E	F
94		①		②		
95		①		②		
96		①		②		
97		①		②		
98		①		②		
99		①		②		
100	①			②		
101		①		②		
102	①			②		
103	①			②		
104	①			②		
105	①			②		
106		①		②		
107		①		②		
108		①		②		
109		①		②		
110		①		②		
111		①		②		
112		①		②		
113		①		②		
計	(他A) □	(他B) □				
標準作業手順書の得点(VI)			満点(f)			
=(他A)×2+(他B)			25点			
施設および設備						
No.	A	B	C	D	E	F
114		①	②	③		
115		①	②	③		
116	①	②	③	④		
117		①	②	③		
118		①	②	③		
119		①	②	③	④	
120		①	②	③	④	
計	(施A) □	(施B) □	(施C) □		(施E) □	
滅菌業務の得点(VII)			満点(g)			
=(施A)×2+(施B)+(施C)			=8-(施E) 点			

総合得点	今回の満点	判定(得点率)
I~VIIの和	a~gの和	$\frac{\text{総合得点}}{\text{今回の満点}} \times 100$
点	点	%

判定表	
S	90%以上
A	80%以上90%未満
B	70%以上80%未満
C	60%以上70%未満
D	60%未満

得点率が80%以上でも設問44および設問56を満たしていなければSまたはAとはならず、B判定とする。